

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

Podczas stosowania urządzenia z terapią mikroprądową wymagane jest użycie przewodzącego żelu bazowego do mikroprądów. Przed rozpoczęciem terapii mikroprądowej należy wykonać test, nakładając niewielką ilość żelu na mały obszar skóry.

Środki ostrożności

- Niedawny uraz, operacja lub zabieg na twarzy, taki jak zastosowanie neurotoksyn, wypełniaczy skórnych, mikronakłuwanie, laser lub peeling chemiczny – należy poczekać, aż skóra całkowicie się zagoi.
- Nie stosować podczas aktywnego zakażenia wirusem opryszczki pospolitej (HSV).
- Nie stosować na owłosionej skórze twarzy; przed użyciem należy ogolić włosy, ponieważ mogą one zakłócać przewodnictwo.
- Nie stosować, jeśli występują jakiegokolwiek choroby serca.
- Nie stosować bezpośrednio na środek szyi (kość).
- Nie stosować na obszar piersi.
- Nie stosować w poprzek klatki piersiowej.
- Nie stosować na okolice pachwin.
- Nie stosować bezpośrednio na gałkę oczną/powiekę.
- Nie stosować na uszkodzoną skórę.
- Nie stosować u dzieci.

Przeciwwskazania

Poniższe sytuacje mogą wiązać się z większym ryzykiem niż potencjalne korzyści. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowy stan zapalny, infekcja, siniaki lub nowotwory.
- Rozrusznik serca lub inne wszczepione urządzenia elektroniczne.
- Padaczka.
- Ciąża.
- Nowotwory/złośliwe guzy.
- Zakrzepica.
- Zapalenie żył.
- Metalowe płytki lub śruby w obszarze stosowania.
- Wszczepione defibrylatory/stymulatory.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania Hot&Cold Rings

Środki ostrożności:

- Niedawny uraz, operacja lub zabieg na twarz, taki jak neurotoksyna, wypełniacze skórne, mikronakłuwanie, laser lub peeling chemiczny – należy odczekać do całkowitego zagojenia skóry
- Aktywna opryszczka (wirus Herpes simplex)
- **W przypadku owłosienia twarzy:** Stosuj terapię LED zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów (zwykle w dół)
- Nie stosować bezpośrednio na gałkę oczną lub powiekę
- Nie stosować na uszkodzoną skórę
- Nie stosować retinolu przed użyciem czerwonego światła LED

Przeciwwskazania:

W poniższych przypadkach potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści. Zaleca się konsultację z lekarzem przed użyciem urządzenia.

- Wysypki skórne, otwarte rany, pęcherze, miejscowy stan zapalny tkanek, infekcja, siniaki lub guzy
- Ciąża i karmienie piersią
- Nieprawidłowe odczucia (np. drętwienie)
- Nowotwory/złośliwe zmiany skórne
- Padaczka
- Choroby serca
- Alergia na światło lub zaburzenia fotowrażliwości (np. toczeń, porfiria)
- Leki powodujące nadwrażliwość na światło
- Leki stosowane w leczeniu ciężkiego trądziku
- Ekstremalna wrażliwość na światło
- Melasma lub hiperpigmentacja (zwłaszcza jeśli nasila się pod wpływem ciepła)
- Podejrzane zmiany skórne lub rak skóry – skonsultuj się z lekarzem
- Jeśli stosujesz retinol, leki/farmaceutyki światłouczulające lub nadtlenek benzoilu – nie używaj światła podczerwonego

Uwagi dotyczące napraw

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie należy podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku usterki skontaktuj się oficjalnym dystrybutorem marki Therabody - firmą WERON.

Ryzyko związane z przegrzaniem urządzenia

Nie należy użytkować urządzenia przez dłuższy czas i bez przerwy, gdyż może to spowodować przegrzanie się urządzenia. W przypadku przegrzania natychmiast należy wyłączyć urządzenie i w razie jego ładowania odłączyć od zasilania.

Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego.

Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Ryzyko związane z bateriami

Użytkownik jest zobowiązany do:

- Ładowania urządzenia wyłącznie przy użyciu oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta.
- Unikania przeładowania urządzenia oraz dbałości o właściwą konserwację baterii.
- Regularnego monitorowania stanu baterii, aby uniknąć jej całkowitego wyczerpania, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń urządzenia.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z baterią, takich jak przegrzewanie się, wycieki lub uszkodzenia, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

Ryzyko związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia

TheraFace PRO jest odporne na wodę i należy je wycierać jedynie wilgotną szmatką lub chusteczką do czyszczenia bez alkoholu. Nie należy całkowicie zanurzać urządzenia w wodzie, ponieważ nie jest ono w pełni wodoodporne.

Pierścienie i akcesoria TheraFace PRO należy również wycierać wilgotną szmatką lub chusteczką do czyszczenia bez alkoholu, ale nie należy ich zanurzać w wodzie. Pierścień do czyszczenia jest jedynym akcesorium, które jest w pełni wodoodporne i może być całkowicie myte wodą.

Wyczyść TheraFace PRO i pierścienie akcesoriów wilgotną szmatką lub chusteczką do czyszczenia bez alkoholu. Urządzenie nie jest wodoodporne; jedynym akcesorium w pełni wodoodpornym jest pierścień do czyszczenia, który należy umyć wodą w celu jego oczyszczenia. Po czyszczeniu należy dokładnie wysuszyć urządzenie i pierścienie akcesoriów przed ich przechowywaniem lub rozpoczęciem kolejnego cyklu zabiegowego.

Ogólne zalecenia związane z użytkowaniem Theragun

Można używać końcówek do urządzenia przy zarostach — wystarczy przesuwając urządzenie w kierunku wzrostu włosów. Mikronapężenie nie może być stosowane na zarost, ale może być używane po goleniu.

Nie zaleca się stosowania retinolu przed użyciem końcówki z światłem LED, ale może być używany po jego zastosowaniu.

W przypadku poparzeń słonecznych może być stosowana wyłącznie końcówka chłodząca.

W przypadku zabiegów botoksu i innych zabiegów kosmetycznych należy poczekać minimum 2 tygodnie, aż skóra całkowicie się zagoi. Najlepiej skonsultować się z lekarzem.

TheraFace PRO może być przechowywane w bagażu rejestrowanym lub podręcznym. Należy je wyjąć z torby, aby przejść przez maszynę rentgenowską, gdy jest to wymagane, tak jak laptop.

Zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem TheraFace PRO, jeśli obecnie doświadczasz jakiegokolwiek kontuzji lub miałeś/miałaś wcześniej kontuzję.